

MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulantnú a ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria

- ambulantné zariadenie,
- zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie pre pohotovostnú službu.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební sú:

- ambulancia (vyšetrovňa) a prípravovňa,
- čakáreň,
- WC pre pacientov.

Minimálne vybavenie ambulancie:

priestorové: 15 m²

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- nádoba na odpad so šliapadlom,
- tlakomer, fonendoskop.

Minimálne vybavenie prípravovne:

priestorové: 12 m²

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, schodíky, prikrývka a zástena,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- kartotečná uzamykateľná skriňa,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- tlakomer, fonendoskop, teplomer, osobná váha,
- uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s príslušným vybavením podľa indikačného zamerania,
- chladnička na lieky,
- skrinka na nástroje a pomôcky, infúzny stojan,
- asistenčný stolík,
- nádoba na odpad so šliapadlom.

V ambulancii sa pre pacienta zriaďuje priestor so zástenou na vyzliekanie. Prípravovňa slúži ako hlavné pracovisko sestry. Jedna prípravovňa sa môže zriadiť aj pre dve ambulancie.

Čakáreň nadväzuje z prevádzkového hľadiska na prípravovňu alebo na ambulanciu. Na jedno miesto pre pacienta je minimálna plocha 2 m², pričom minimálna plocha čakárne je 10 m². Spoločnú čakáreň pre dve alebo viac ambulancií možno zriadiť, ak ide o ambulancie s rovnakým odborným zameraním. V čakárni musí byť na jednu ambulanciu minimálne 5 miest na sedenie. V čakárni sa obvykle umiestňuje aj príručný stolík alebo iné podobné vybavenie.

Podlahy vo všetkých uvedených priestoroch vrátane WC pre pacientov musia byť umývateľné.

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPELNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

B.1 Všeobecná charakteristika

Minimálne materiálo-technické a priestorové vybavenie určujúcich zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:

Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov:

Vaňové kúpele

- balneologická vaňa – balneologický box pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody, relaxačné ležadlo s prikrývkou, teplomer, stopky, signalizácia,
- plocha boxu 6 m², plocha ležadla 3 m²,
- počet ležadiel – 2 na 1 box

Bazénové kúpele

- bazén pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody s možnosťou
 - dezinfekcie vody,
 - denného 100 % napustenia a obmenenia celého objemu počas prevádzky,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha na 1 pacienta 3 m²

Bazén pre sedací kúpeľ:

- bazén pre podávanie sedacieho kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- konštrukcia bazénu umožňujúca sedenie a čistenie tejto časti bazénu,
- plocha na 1 pacienta 3 m²

Perličkový rošt:

- z plastového materiálu s prívodom stlačeného vzduchu,
- rozmery podľa umiestnenia

Rehabilitačný bazén:

- bazén s výškou hladiny vody – optimálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm, prípadne s možnosťou regulácie hladiny vody,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha pre cvičenie na 1 pacienta – nad 150 cm výšky osoby 6 m², do 150 cm výšky osoby 4 m²

Oddelenie vodoliečby:

Podvodová masáž

- špeciálna vaňa pre podvodové masáže, sprcha,
- plocha 8 až 10 m² (u Hubbarda 16 m²)

Kneippov šliapací kúpeľ (nožné kúpele)

- 2 vaničky hlboké 50 cm s hĺbkou vody 30 cm a s teplotou 10 °C – 16 °C a 40 °C – 45 °C,
- plocha 3 m²

Celotelový vírivý kúpeľ alebo whirlpool

- potrebné je vybavenie schodíkmi alebo zábradlím,
- plocha podľa výrobcu (veľkosti vane) so zabezpečením prístupu zo všetkých strán

Vírivý kúpeľ pre horné končatiny

- tvarovaná vanička na horné končatiny so stoličkou,
- plocha 3 m²

Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny

- tvarovaná vanička na dolné končatiny so stoličkou,
- plocha 4 m²

Škótske streky

- vodoliečebná katedra na podávanie teplého a studeného streku,
- aplikačná plocha miestnosti 6 m x 2 m (12 m²)

Kneippove polevy

- vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou hadicou, špeciálne upravená lavica,
- plocha na sedenie 4 m², plocha pre ležadlo 6 m²

Fínska sauna

- saunový priestor, miestnosť pre odpočívanie s lôžkami, sprcha,
- saunový priestor podľa kapacity saunového zariadenia - plocha 4 m² na 1 pacienta,
- počet lôžok v miestnosti na odpočívanie podľa kapacity saunového priestoru - plocha na 1 lôžko 3 m²,
- počet sprch na ochladzovanie - 1 sprcha na 2 pacientov v saune

Oddelenie elektroliečby:

- box pre podávanie elektroliečby,
- plocha 3 m²

Oddelenie teploliečby:

- box na podávanie zábalov, prípravovňa zábalov,
- plocha boxu 3 m², prípravovňa zábalov - podľa noriem udaných výrobcami použitých prístrojov

Oddelenie inhalačnej liečby:

- inhalačný box - inhalačný aparát, umývadlo, prípravovňa medikamentov,
- plocha 3 m² na 1 pacienta,
- počet umývadiel - 1 umývadlo na inhalačný aparát

Oddelenie svetloliečby:

TOMESA

- zariadenie na integrovanú balneofototerapiu, výrobcom predpísané ochranné okuliare,
- plocha 8 m²

Boxy pre svetloliečbu

- príslušné prístroje - biolampa, IR (podľa potreby),
- plocha podľa výrobcu a hygienických požiadaviek

Oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií:

- priamy prívod žriedlového plynu alebo tlaková nádoba so žriedlovým alebo s medicínovým oxidom uhličitým, uzatváracím a redukčným ventilom, manometrom, prírodnou hadičkou s dávkovačom a násadcom ihly,
- manipulačný stolík, ležadlo, umývadlo,
- plocha 12 m²

Oddelenie pre podávanie klasických masáží:

- masérsky box, masážny stôl, sprcha,
- plocha boxu 6 m², počet sprch - 1 na 3 masérске kabíny

Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu:

- box pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu a reflexné masáže (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výškovo nastaviteľným rehabilitačným stolom prístupným zo všetkých strán, skrinka na cvičebné pomôcky,
- plocha miestnosti alebo boxu 15 m²

Oddelenie trakčnej liečby:

- box pre trakčnú liečbu,
- plocha pre trakciu v sede 4 m², v polohe ležmo 6 m²

Zariadenie pre nácvik chôdze:

- bradlový chodník

Telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb):

- žinenky, cvičebné pomôcky,
- plocha 6 m² na 1 pacienta

Stacionárny bicykel:

- plocha 2 m² na 1 zariadenie

Priestory pre terénnu kúru:

- vhodné priestory pre klimatickú liečbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie s uprave-

ným terénom pre pohyb pacientov; upravená plocha na skupinovú liečebnú rehabilitáciu, cvičebné pomôcky v teréne; pre indikácie II a XXII s vyznačením obťažnosti a dĺžky terénnej trasy

Edukačná miestnosť:

– miestnosť s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej stravy

Ergoterapia:

– vybavenie pre nácvik denných činností – panel pre výcvik ruky, zariadenie pre muzikoterapiu a arteterapiu a ďalšie pomôcky pre nácvik základných denných činností

Podlahy vo všetkých priestoroch s výnimkou sociálnych miestností personálu musia byť umývateľné. WC pre pacientov musí byť prístupné z každého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytujú balneoterapia, vodoliečba a procedúry liečebnej rehabilitácie, musia mať zabezpečenú možnosť dostatočnej výmeny vzduchu.

B.2 Rozdelenie podľa indikácií

Minimálne materiálo-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané

– na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebežnej ambulatnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovŕšení 18. roku veku,

– na 50 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebežnej ambulatnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku,

ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

– materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

– oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,

– oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií s oxidom uhličitým 1,

– telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,

– telocvičňa pre kontrolovanú fyzickú aktivitu 1,

– rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

– stacionárny bicykel 2,

– boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,

– priestory pre terénnu kúru,

– oddelenie elektroliečby (galvanoterapia, nízko- a strednofrekvenčné prúdy) – boxy 2,

– oddelenie svetloliečby (biolampa) – box 1,

– oddelenie vodoliečby – 1x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre horné končatiny,

2x vírivé kúpele pre dolné končatiny, 2,

– oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,

– oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené podľa odporúčanií Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,

– 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,

– izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,

– ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením,

– príručné laboratórium pre vyšetrenie glykémie, INR, včasných markerov nekrózy myokardu – 1 laboratórium na zdravotnícke zariadenie.

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie vodoliečby – 3x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) – boxy 2,
- telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) – 1 telocvičňa na zdravotnícke zariadenie,
- priestory pre terénnu kúru – len indikácie IV,
- edukačná miestnosť – len indikácie IV pre edukačné pobyty diabetikov 1,
- glukometer 1.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny – boxy 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x finska sauna, 2x armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodoliečbu, 1x škótske streky, 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 2,
- oddelenie svetloliečby (IR) – box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

VI. Nervové choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x celotelové vírivé kúpele alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 1x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, 3,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- laser – 1 pracovisko laseroterapie na zdravotníckom zariadení
- oddelenie vodoliečby – 2x vírivé kúpele pre horné končatiny a 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 2x nožné kúpele,
- oddelenie pre magnetoterapiu – box 1,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- box na trakčnú liečbu 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotníckom zariadení,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- rehabilitačný bicykel 3,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,
- oddelenie elektroliečby – boxy 2,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- masérské kabíny 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotníckom zariadení.

IX. Duševné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- miestnosť pre individuálnu psychoterapiu 1,
- miestnosť pre skupinovú muzikoterapiu a arteterapiu 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x celotelové vírivé kúpele, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotníckom zariadení.

X. Kožné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- perličkový rošt 2,
- oddelenie svetloliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy 3,
- prípusťné aj zariadenie TOMESA
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1.

XI. Ženské choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,

- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – boxy 4,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x podvodová masáž, 1x celotelový vírivý kúpeľ, 1x nožné kúpele,
- oddelenie elektroliečby (elektrostimulácia, vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- vybavenie ambulancie gynekológa 1.

XII. Choroby z povolania

- materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku

XXI. Onkologické choroby

- materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- priestory pre terénnu kúru
- inhalačný box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie svetloliečby – minimálne 1 box pre biolampu a 1 box pre IR,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,
- 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
- izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,
- ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením.

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- priestory pre terénnu kúru – len indikácie XXIV,
- glukometer – na 100 pacientov 1.

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi – boxy minimálne 2,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny – boxy na 100 pacientov 5,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x fínska sauna a 1x nožné kúpele,

- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie svetlotiečby – box pre IR 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) – 1 oddelenie na zdravotníckom zariadení.

XXVI. Nervové choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu – na 100 pacientov 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotníckom zariadení,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 4,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x vírivý kúpeľ pre horné končatiny, 1x vírivý kúpeľ pre dolné končatiny a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotníckom zariadení,
- bazén pre sedacie kúpele – na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele na 100 pacientov,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – box na 30 pacientov 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotníckom zariadení.

XXIX. Choroby gynekologické

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientiek na 1 vaňu),
- bazén pre sedacie kúpele – na 50 pacientiek 1,
- oddelenie teplotiečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box na 25 pacientiek 1,

- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientiek 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x nožné kúpele na 100 pacientiek,
- vybavenie ambulancie gynekológa 1.

XXX. Kožné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- perličkový rošt 1,
- oddelenie svetoliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy 3,
prípustné aj zariadenie TOMESA
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – na 100 pacientov 1,
- telocvična pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1.

Diagnostické prístrojové vybavenie potrebné na spresnenie diagnózy a stanovenie liečebného plánu nie je povinným vybavením prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Zdravotnícke zariadenia môžu potrebné diagnostické úkony zmluvne zabezpečovať na iných, na to príslušných pracoviskách. Výnimkou je diagnostické prístrojové vybavenie uvedené v minimálnom materiálo-technickom vybavení prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU

Minimálne priestorové a vecné vybavenie pre pohotovostnú službu prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť je:

priestorové: 20 m² (samostatná miestnosť alebo identická s prípravovňou)
vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svetidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, prikrývka,
- ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou,
- tlakomer, fonendoskop,
- skrinka s liekmi prvej pomoci,
- infúzny stojan,
- 12-zvodové EKG,
- defibrilátor,
- tlaková fľaša s medicínalnym O₂, uzatváracím a redukčným ventilom,
- lekársky kufírik prvej pomoci s príslušným vybavením.

Podlaha v miestnosti musí byť umývateľná.